

תאריך הדפסה: 19/12/16
תאריך אישור: 19/12/16 12:49

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16126957

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: אבראהים פריד עלי וסמ

שם דוגם: יוסף חטיב.
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 18:00
שעת הגעה: 19:30

תאריך דוח: 19/12/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2588
תאריך קליטה: 27/11/16
תאריך דיגום: 26/11/16
תאור מצב דגימה: מקור
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16126957/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		1,134.00	mg/L	שומנים ושומנים
400.0		2,165.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
800		10,560	mg O2/L	COD כללי
		96	mg/L	כלורידים
		34	mg/L	נתרן- AA
50.0		ראה פרשנות	mg/L	חנקן קלדה (TKN)
15.0		17.0	mg/L	זרחן כללי
1.0		0.7	mg/L	סולפיד מומס
10.00	6.00	6.43		PH-שטח

פרשנות לדגימות

דגימה: SO16126957/1
בדיקת חנקן קלדה:

בשל אופי המטריצה הדוגמא נמהלה ביחס של 1:5 והתוצאה נמוכה מ-5.0 מג/ל (LOQ).

אבטחת איכות

תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
קובץ התקנות 7387	1.2.9	MERCK KIT SQ	COD כללי
קובץ התקנות 7387	1.2.9	SM 4500 H+B	PH-שטח
קובץ התקנות 7387	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
קובץ התקנות 7387	17.9	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
קובץ התקנות 7387	1.9	SM 4500 NorgB	חנקן קלדה (TKN)
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000E	נתרן- AA
קובץ התקנות 7387	1.9	SM4500S2-F	סולפיד מומס
קובץ התקנות 7387	1.9	SM5520 D	שומנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהנרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהל עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך הרישוי ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות נמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי באחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולש-כהן
Ph.D.
ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 29/11/16
תאריך אישור: 29/11/16 12:23

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16118854

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: שמן הצפון בע"מ

שם דוגם: אילן שליידר 1649
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 11:00
שעת הגעה: 16:00

תאריך דוח: 29/11/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2584
תאריך קליטה: 08/11/16
תאריך דיגום: 08/11/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16118854/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		201.00	mg/L	שמיים ושומנים
400.0		2,344.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	7.46		PH-שטח
800		5,210	mg O2/L	COD כללי
		85	mg/L	כלורידים
		219.0	mg/L	נתרן- AA
50.0		240.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
15.0		29.0	mg/L	זרחן כללי
1.0		0.8	mg/L	סולפיד מומס
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387	1.2.9	MERCK KIT SO	COD כללי	קובץ התקנות
7387	1.2.9	SM 4500 H+B	PH-שטח	קובץ התקנות
7387	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים	קובץ התקנות
	1	נוהל דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב	
7387	17.9	MERCK KIT SO	זרחן כללי	קובץ התקנות
7387	1.9	SM 4500 NorgB	חנקן קלדהל (TKN)	קובץ התקנות
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים	
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA	
7387	1.9	SM4500S2-F	סולפיד מומס	קובץ התקנות
7387	1.9	SM5520 D	שמיים ושומנים	קובץ התקנות

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהגרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון הנסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים. התנאים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המקיפות באילנות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתבססות לדוגמה הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

Ph.D. גלית ולטש-כהן
ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **



תאריך הדפסה: 05/01/17
תאריך אישור: 05/01/17 10:37

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16134576

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: רושורש רביע

שם דוגם: שימרי שער
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 10:50
שעת הגעה: 16:00

תאריך דיווח: 05/01/17
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2856
תאריך קליטה: 14/12/16
תאריך דיגום: 13/12/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16134576/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		475.00	mg/L	שומנים ושומנים
400.0		624.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	4.30		PH-שטח
800		42,375	mg O ₂ /L	COD כללי
		27,064	mg/L	כלורידים
		15,715	mg/L	נתרן- AA
50.0		209.0	mg/L	נתרן- (TKN) קלדהל
15.0		150.0	mg/L	זרחן כללי
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387 קובץ התקנות	1,2,9	MERCK KIT SO	COD כללי	
7387 קובץ התקנות	1,2,9	SM 4500 H+B	PH-שטח	
7387 קובץ התקנות	17,2,9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים	
	1	נהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב	
7387 קובץ התקנות	17,9	MERCK KIT SO	זרחן כללי	
7387 קובץ התקנות	1,9	SM 4500 NorgB	נתרן- (TKN) קלדהל	
	1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים	
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA	
7387 קובץ התקנות	1,9	SM5520 D	שומנים ושומנים	

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיל)
- בהנרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמת הבדיקה בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלאו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דיווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D. ראש המעבדה לאיכות הסביבה

מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 19/12/16
תאריך אישור: 19/12/16 12:50

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16126962

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: רושרוש רביע

שם דוגם: יוסף חטיב.
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 16:30
שעת הגעה: 20:00

תאריך דוח: 19/12/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2825
תאריך קליטה: 27/11/16
תאריך דיגום: 26/11/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16126962/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		182.00	mg/L	שמיים ושומנים
400.0		800.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
800		4,845	mg O2/L	COD כללי
		4,004	mg/L	כלורידים
		4,456	mg/L	נתרן- AA
50.0		66.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
15.0		18.4	mg/L	זרחן כללי
1.0		2.5	mg/L	סולפיד מומס
10.00	6.00	5.36		pH-שטח
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב (ששי-שבת)

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387 תובץ התקנות	1,2,9	MERCK KIT SO	COD כללי	
7387 תובץ התקנות	1,2,9	SM 4500 H+B	pH-שטח	
7387 תובץ התקנות	17,2,9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים	
	1	מחלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב (ששי-שבת)	
7387 תובץ התקנות	17,9	MERCK KIT SO	זרחן כללי	
7387 תובץ התקנות	1,9	SM 4500 NorgB	חנקן קלדהל (TKN)	
	1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים	
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA	
7387 תובץ התקנות	1,9	SM4500S2—F	סולפיד מומס	
7387 תובץ התקנות	1,9	SM5520 D	שמיים ושומנים	

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמה הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במילואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למצור הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ורטש-כהן
Ph.D. ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 25/05/16
תאריך אישור: 25/05/16 14:18

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיית הגליל צה"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16046531

אתר קליטה: מילודות
אתר דיגום: עוף ראפע בע"מ

שם דוגם: חסן שרף 664
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 09:30
שעת הגעה: 11:30

תאריך דוח: 25/05/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2210
תאריך קליטה: 04/05/16
תאריך דיגום: 04/05/16
תאור מצב דגימה: מקור
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16046531/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		242.00	mg/L	שמיים ושומנים
400.0		668.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	6.85		PH-שטח
COD/BOD>4		1,694	mg/L	BOD כללי
800		3,220	mg O2/L	COD כללי
50.0		294.0	mg/L	חנקן קלדה (TKN)
15.000		26.500	mg/L	זרחן כללי
		162	mg/L	כלורידים
		103.0	mg/L	נתרן- AA
1.0		2.3	mg/L	סולפיד מומס
		1.93	mS/cm	מוליכות
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות

תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387 תקנות	1.2.9	SM 5210B	BOD כללי
7387 תקנות	1.2.9	MERCK KIT SO	COD כללי
7387 תקנות	1.2.9	SM 4500 H+B	PH-שטח
7387 תקנות	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
7387 תקנות	1	נהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
7387 תקנות	17.9	MERCK KIT SO	זרחן כללי
7387 תקנות	1.9	SM 4500 NorgB	חנקן קלדה (TKN)
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	17.2	SM 2510B	מוליכות
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
7387 תקנות	1.9	SM4500S2-F	סולפיד מומס
7387 תקנות	1.9	SM5520 D	שמיים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודות בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודות ומילודות-מים, אתר מילודות- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסימום הראשון אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת ההסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D.
ראש המעבדה לאיכות הסביבה

מילודות
מילודות לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 02/05/16
תאריך אישור: 02/05/16 15:23

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16038889

אתר קליטה: מילוג'ה
אתר דיגום: עוף ראפע בע"מ

שם דוגם: שימרי שער
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 09:00
שעת הגעה: 18:00

תאריך דוח: 02/05/16
מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות: עוף ראפע בע"מ
מספר הזמנת לקוח: 2127
תאריך קליטה: 13/04/16
תאריך דיגום: 12/04/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16038889/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		263.00	mg/L	שומנים ושומנים
400.0		534.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	6.50		PH-שטח
COD/BOD>4		961	mg/L	BOD כללי
800		2,210	mg O2/L	COD כללי
50.0		143.0	mg/L	חנקן קלדה (TKN)
15.000		17.600	mg/L	זרחן כללי
		101	mg/L	כלורידים
		49.0	mg/L	נתרן- AA
1.0		לא התגלה*	mg/L	סולפיד מומס
		1.23	mS/cm	מוליכות
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387 תקנות	1.2, 9	SM 5210B	BOD כללי	
7387 תקנות	1.2, 9	MERCK KIT SO	COD כללי	
7387 תקנות	1.2, 9	SM 4500 H+B	PH-שטח	
7387 תקנות	17.2, 9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים	
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב	
7387 תקנות	17.9	MERCK KIT SO	זרחן כללי	
7387 תקנות	1.9	SM 4500 NorgB	חנקן קלדה (TKN)	
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים	
	17.2	SM 2510B	מוליכות	
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA	
7387 תקנות	1.9	SM4500S2-F	סולפיד מומס	
7387 תקנות	1.9	SM5520 D	שומנים ושומנים	

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאחר מילודע).
- בהכנת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומילוג'ה, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.
- * לא התגלה (N.D.) - לא התגלה ערך מעל סף הגילוי (LOD) לפי שיטת הבדיקה.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המקיפות ביותר הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתבססות לדוגמאות הנבדקות בלבד.
- יש להתייחס למסמך במילוג'ה ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למצור הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ורשטינה
Ph.D. ראש המעבדה לאיכות הסביבה

מנהל ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 06/07/16
תאריך אישור: 06/07/16 10:56

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16062286

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: עוף ראפע בע"מ

שם דוגם: יוסף חטיב.
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 09:00
שעת הגעה: 16:00

תאריך דווח: 06/07/16
מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות: שוה נבחרת
מספר הזמנת לקוח: 2370
תאריך קליטה: 15/06/16
תאריך דיגום: 15/06/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16062286/1				
תקן	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
COD/BOD>4		1,763	mg/L	BOD כללי
800		3,575	mg O2/L	COD כללי
50.0		311.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
15,000		27,500	mg/L	זרחן כללי
		187	mg/L	כלורידים
		97.0	mg/L	נתרן- AA
1.0		2.0	mg/L	סולפיד מומס
		1.63	mS/cm	מוליכות
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב
250.00		148.00	mg/L	שומנים ושומנים
400.0		660.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	6.79		שטח-PH

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387	קובץ התקנות	1.2.9	SM 5210B	BOD כללי
7387	קובץ התקנות	1.2.9	MERCK KIT SO	COD כללי
7387	קובץ התקנות	1.2.9	SM 4500 H+B	שטח-PH
7387	קובץ התקנות	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
		1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
7387	קובץ התקנות	17.9	MERCK KIT SO	זרחן כללי
7387	קובץ התקנות	1.9	SM 4500 NorgB	חנקן קלדהל (TKN)
		1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
		17.2	SM 2510B	מוליכות
		1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
7387	קובץ התקנות	1.9	SM4500S2-F	סולפיד מומס
7387	קובץ התקנות	1.9	SM5520 D	שומנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מגיל)
- בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטשנינה, Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **



תאריך הדפסה: 20/10/16
תאריך אישור: 20/10/16 11:30

פגל הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16105633

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: עוף ראפע בע"מ

שם דוגם: שימרי שער
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 11:15
שעת הגעה: 17:00

תאריך דוח: 20/10/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2488
תאריך קליטה: 28/09/16
תאריך דיגום: 27/09/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16105633/1				
בדיקה	יחידה	תוצאה	תקן מינימום	תקן מקסימום
שמיים ושומנים	mg/L	393.00		250.00
TSS מוצקים מרחפים	mg/L	1,545.0		400.0
PH-שטח		6.50	6.00	10.00
BOD כללי	mg/L	3,297		COD/BOD>4
COD כללי	mg O ₂ /L	6,400		800
חנקן קלדהל (TKN)	mg/L	501.0		50.0
זרחן כללי	mg/L	55.0		15.0
כלורידים	mg/L	285		
נתרן- AA	mg/L	162.0		
סולפיד מומס	mg/L	3.5		1.0
מוליכות	mS/cm	2.73		
דיגום שפכים אקראי- קרוב				

אבטחת איכות

בדיקה	שיטת בדיקה	ביאורים	תקן
BOD כללי	SM 5210B	1,2,9	קובץ התקנות 7387
COD כללי	MERCK KIT SQ	1,2,9	קובץ התקנות 7387
PH-שטח	SM 4500 H+B	1,2,9	קובץ התקנות 7387
TSS מוצקים מרחפים	SM 2540D	17,2,9	קובץ התקנות 7387
דיגום שפכים אקראי- קרוב	נהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	1	
זרחן כללי	MERCK KIT SQ	17,9	קובץ התקנות 7387
חנקן קלדהל (TKN)	SM 4500 NorgB	1,9	קובץ התקנות 7387
כלורידים	Based on SM 4500 CL-D	1,2	
מוליכות	SM 2510B	17,2	
נתרן- AA	USEPA SW 846 Method 7000B	1	
סולפיד מומס	SM4500S2-F	1,9	קובץ התקנות 7387
שמיים ושומנים	SM5520 D	1,9	קובץ התקנות 7387

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מגיל)
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומגיל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתחייבות לדוגמה הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת ההסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D.
ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

לשכת



אזור תעשייה מילוג'ה דרום | מען למכתבים ת.ד. 1284, אזור תעשייה קרית ביאליק, מיקוד 2711102
I. Z. Milouet southern | Mailing address: PO Box 1284 I.Z. Kiryat Bialik, ZIP 2711102
www.milougat.co.il | milougat@milougat.co.il | Fax 972-4-9853291 | Tel 972-4-9853292

מעבדות מילודע & מיגל
MILLOUDA & MIGAL LABORATORIES



תאריך הדפסה: 21/12/16
תאריך אישור: 21/12/16 17:18

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16129810

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: סונול מרר

שם דוגם: שימרי שער
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 11:30
שעת הגעה: 18:00

תאריך דוח: 21/12/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2837
תאריך קליטה: 01/12/16
תאריך דיגום: 01/12/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16129810/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
20.00		< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
800		118	mg O2/L	COD כללי
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב
10.00	6.00	6.90		שמן מינרלי

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387	קובץ התקנות	1.2.9	MERCK KIT SO	COD כללי
7387	קובץ התקנות	1.2.9	SM 4500 H+B	שמן מינרלי
		1	נהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
7387	קובץ התקנות	1.9	SM5520 F	שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- 2 בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- 9 הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- א. המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- ג. התוצאות מתבססות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למצור הנבדק.
- ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **